



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, EX. ART.1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA, NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA N. 1 CALORIMETRIA INDIRETTA E ANALISI NUTRIZIONALE INCLUSA DI MODULO PER LA SPIROMETRIA LENTA E FORZATA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI IMAGING DEI DISTRETTI CORPOREI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO APPROVATO BIOMEDPARK@UMG 2.0 DELL'UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO - CIG Z5F307D3B5 - CUP J61F1900013000

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

- 1) **Domanda:** "Si chiede se la mancanza delle seguenti caratteristiche è pena di esclusione dal procedimento di gara: 3. Campionamento dati "respiro per respiro" reale per test di funzionalità Cardiopolmonare (CPET)4. Modulo Spirometria Lenta/Forzata5. Determinazione di 3 Differenti Soglie (VT1, VT2 e Vt3) Inoltre si precisa che al punto 3, il nostro sistema utilizza per il campionamento, una "micro camera di miscelamento dinamica", che permette una misura più accurata".
- 2) **Risposta:** Nel Paragrafo 11.1.3 del Disciplinare di gara è richiesta, da parte dell'Operatore Economico che intende partecipare alla gara, la presentazione di una apposita dichiarazione nella quale attesta che l'apparecchiatura oggetto della propria offerta possiede tutte le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 Capitolato Tecnico. Al Concorrente inoltre è richiesto di allegare alla sopradetta dichiarazione l'apposita documentazione illustrativa (brochure, schede tecniche, ecc.) al fine di consentire alla Commissione Tecnica di valutare la corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura proposta ai valori minimi riportati nel Capitolato Tecnico. Ciò non esclude che il Concorrente possa presentare delle offerte migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico. Sarà la Commissione Tecnica a valutare se le specifiche che si discostano dai valori minimi rappresentano o meno un miglioramento, anche in relazione all'uso che s'intende fare dello strumento. Nel primo caso l'Offerente sarà ammesso alle successive fasi di gara, nel secondo caso invece sarà escluso.

Catanzaro, 9/2/2021

F.to
Il responsabile del Procedimento
Ing. Rosario Punturiero