



Dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI
SERVIZI VETERINARI PER LA SALUTE UMANA E ANIMALE
Responsabile Prof. Domenico Britti

ALLEGATO P

PROCEDURE OPERATIVE PERSONALE TECNICO STABULARISTA

- Il personale tecnico stabularista deve operare in base alla normativa vigente in materia di:
 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.);
 - misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (D.Lgs. n.191/06 e ss.mm.ii.);
 - rifiuti pericolosi e sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (D.Lgs. n.22/97 e ss.mm.ii.);
 - norme in materia ambientale (D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.)
 - protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (D.Lgs. n.26/14 e ss..mm.ii.).
 - Il personale tecnico stabularista che accede allo Stabulario non deve aver avuto contatti con animali stabulati in altri stabilimenti o con animali domestici e/o selvatici, nelle 24/48 ore precedenti l'accesso.
 - L'accesso allo Stabulario avviene tramite chiave elettronica, fornita dalla Segreteria del CIS-VetSUA, alla consegna della scheda di autorizzazione.
 - L'accesso e l'uscita dalle aree controllate (ingresso generale e ingresso area stabulazione) dovrà essere sempre registrato tramite passaggio dell'apposita chiave elettronica sui lettori localizzati in prossimità delle porte.
 - Il personale tecnico stabularista è tenuto ad utilizzare DPI (camici, calzari/calzature sanitarie, cuffia e guanti monouso), forniti dalla Struttura, che dovranno essere indossati nello spogliatoio.
 - All'uscita dello spogliatoio e all'ingresso dell'aria di stabulazione il personale tecnico dovrà calpestare il tappetino decontaminante con entrambi i piedi.
 - All'uscita dallo Stabulario tutto il materiale monouso (guanti, mascherina, cuffia, calzari ed eventuale camice monouso), deve essere depositato nell'apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali presente nello spogliatoio.
 - Il personale tecnico stabularista che opera con gli animali, deve segnalare variazioni delle proprie condizioni di salute che potrebbero risultare incompatibili con l'attività da compiere presso lo stabulario.
 - Il personale tecnico stabularista effettuerà la pulizia periodica dell'ambiente e dei locali, verificando quotidianamente la presenza di acqua e mangime per gli animali. Il cambio delle gabbie deve essere eseguito almeno una volta alla settimana e comunque quando necessario.
 - Le procedure saranno eseguite seguendo lo schema delle 'schede controllo procedura pulizia e sanificazione' presenti nelle diverse stanze di stabulazione, che dovranno essere compilate ogni
-



Dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI
SERVIZI VETERINARI PER LA SALUTE UMANA E ANIMALE

Responsabile Prof. Domenico Britti

qual volta verrà eseguita una procedura.

- Il personale tecnico stabularista non è autorizzato ad eseguire manualità sperimentali.
 - Il personale tecnico stabularista esegue controlli giornalieri delle condizioni cliniche degli animali stabulati e, su richiesta degli operatori, potrà eseguire osservazioni e controlli sugli animali sottoposti a trattamenti sperimentali. Ogni stanza di stabulazione sarà dotata di 'scheda clinica di valutazione degli animali' che permetterà, tramite punteggio oggettivo, una prima valutazione clinica e gli eventuali interventi da effettuare.
 - Il personale tecnico stabularista deve verificare che gli animali siano stabulati secondo i parametri definiti dall'Allegato III del D.Lgs. 26/2014 e ss.mm.ii, come ad esempio il numero di animali presenti nelle gabbie, tenendo conto delle differenti specie. Inoltre il personale tecnico dovrà isolare gli animali sofferenti o feriti, rimuovere e registrare nell'apposito registro eventi gli animali morti.
 - Le carcasse, poste in apposite buste, devono essere stoccate nel congelatore dedicato situato all'esterno dell'area di stabulazione.
 - Il personale tecnico stabularista eseguirà monitoraggi giornalieri dei parametri ambientali di stabulazione (temperatura 21-24°C e umidità 55 ± 10 %), con relativo invio tramite posta elettronica del grafico temp./umid. agli Uffici Competenti d'Ateneo. In caso di temperatura non idonea è necessario che il personale tecnico contatti immediatamente l'Ufficio Tecnico d'Ateneo (0961-3694244) per la verifica e il ripristino dei valori ottimali.
 - Ogni 15 giorni il personale tecnico stabularista dovrà verificare, nelle stanze di stabulazione, il corretto funzionamento del sistema di illuminazione del ciclo luce/buio (12h luce/12h buio).
 - La pulizia delle sale e dei corridoi deve essere eseguito dopo ogni procedura sperimentale e quando necessario.
 - Il personale tecnico stabularista è responsabile del funzionamento e della pulizia ordinaria delle apparecchiature di lavaggio (lavagabbie e autoclave).
 - All'arrivo di mangime e segatura, il personale tecnico dovrà effettuare lo stoccaggio nei depositi dedicati.
 - Il personale tecnico stabularista deve segnalare qualsiasi anomalia riferibile agli animali, alla struttura, alla strumentazione, alle forniture (mangime, segatura, sale, detersivi, altro materiale di consumo) o alle attività del personale autorizzato, a seconda dei casi, al Responsabile del Benessere animale o al Veterinario designato.
-